ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.001.A № 49218

Срок действия до 18 декабря 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Амперметры и вольтметры оптоэлектронные Ф1760 и Ф1760-АД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР", г. Санкт-Петербург

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **9937-12**

ДОКУМЕНТЫ НА ПОВЕРКУ
ЗПА.399.070 РЭ, раздел 6 для Ф1760А и Ф1760А-АД;
ЗПА.399.073 РЭ, раздел 6 для Ф1760К и Ф1760К-АД;
ЗПА.399.097 РЭ, раздел 6 для Ф1760.1-АД и Ф1760.2-АД;
ЗПА.399.098-04 РЭ, раздел 8 для Ф1760.4-АД

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **6 лет**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **18 декабря 2012 г. № 1134**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства — Ф.В.Булыгин

"25" 12 2012 г.

Серия СИ № 007901