



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.001.A № 50719

Срок действия до 14 мая 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Амперметры и вольтметры цифровые Ф1762-АД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР", г. Санкт-Петербург

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 24760-13

ДОКУМЕНТЫ НА ПОВЕРКУ

ЗПА.399.149 РЭ, ЗПА.399.133 РЭ и ЗПА.399.158 РЭ, разделы 6

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 5 лет

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 мая 2013 г. № 483

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Ф.В.Булыгин

05 2013 г.

Серия СИ

№ 009637

Срок действия до 30 марта 2023 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **30 марта 2018 г. № 592**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С. Голубев



" 06 " 04 2018 г.

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Амперметры и вольтметры цифровые Ф1762-АД

Назначение средства измерений

Амперметры и вольтметры цифровые Ф1762-АД (далее по тексту - приборы) предназначены для измерений тока и напряжения в цепях постоянного тока, в том числе в составе измерительных устройств с преобразователями различных электрических и неэлектрических величин в унифицированный сигнал силы или напряжения постоянного тока, а также для сигнализации об отклонении значений измеряемой величины от заданной зоны регулирования.

Описание средства измерений

Принцип действия приборов основан на преобразовании входных аналоговых сигналов в код, значение которого пропорционально входному сигналу. Код запоминается в регистре памяти, дешифруется в код управления отсчётным устройством и отображается на цифровом индикаторном устройстве и в виде положения светодиодного указателя на шкале приборов Ф1762.7-АД и Ф1762.8-АД.

Приборы модификаций представляют собой щитовые электронные приборы, которые могут устанавливаться на щитах и в пультах под углом к горизонту.

Приборы выполнены в металлических корпусах из профильного материала, передней металлической рамки и задней металлической панели. Приборы имеют съёмную пластмассовую рамку, позволяющую производить замену шкалы пользователем без нарушения пломбы.

На задней панели прибора находятся: соединитель для подключения напряжения питания и входного сигнала; соединитель для подключения интерфейсных сигналов «RS-485»; соединители для подключения выходных сигналов реле (Ф1762.7-АД и Ф1762.8-АД); клемма для заземления прибора.

На лицевой панели приборов Ф1762-АД находится цифровое индикаторное устройство. Приборы модификации Ф1762.7-АД и Ф1762.8-АД дополнительно имеют дискретно-аналоговое светодиодное индикаторное устройство со шкалой, отградуированной в соответствии с заказом. Количество дискретных положений указателя: 23 – для приборов Ф1762.7-АД, 61 – для приборов Ф1762.8-АД.

Цвет цифровой индикации в зависимости от заказа красный, зелёный или жёлтый. Указатель дискретно-аналогового отсчёта представляет собой светящийся столбик, состоящий из включённых друг за другом светодиодов. Считывание показаний производится по концу светящегося столбика, который перемещается прямолинейно в горизонтальном или вертикальном направлении или по дуге.

Приборы модификации Ф1762.7-АД и Ф1762.8-АД имеют до четырёх уставок, то есть до пяти зон сигнализации, кроме того, приборы Ф1762.8-АД имеют четыре реле. В приборах, работающих как показывающие и сигнализирующие, указатель может быть двухцветным (зелёный цвет – «Норма», красный – «Авария») или трехцветным (зелёный цвет – «Норма», жёлтый – «Предупреждение», красный – «Авария»). При изменении положения указателя относительно той или иной уставки изменяется цвет его свечения. Задание и изменение уставок (зон сигнализации) и параметров приборов производится в соответствии с РЭ с помощью компьютера, подключаемого к специальному разъёму. Дискретность задания уставок равна одной единице младшего разряда цифрового индикатора.

В приборах предусмотрена световая сигнализация: при превышении входным сигналом более, чем на 0,5 % конечного значения максимального диапазона показаний и более, чем на 5 %

конечного значения установленного диапазона показаний; об обрыве входной цепи в приборах, имеющих диапазоны измерений от 2 до 10 В и от 4 до 20 мА, кроме того, в приборах предусмотрена защита: от неправильного включения полярности напряжения питания и входного сигнала; от превышения напряжения питания (до 36 В).

Для связи с компьютером системы контроля и регулирования приборы имеют последовательный интерфейс типа RS-485.


В зависимости от варианта исполнения приборы имеют следующие обозначения:

- «ОИАЭ» - оборудование, поставляемое на объекты использования атомной энергии, с приемкой ОТК и приемкой Представителя уполномоченной организации Заказчика;
- «ОП» - приборы, поставляемое на общепромышленные объекты, с приемкой ОТК.

При заказе приборов необходимо указать:

- условное обозначение заказа прибора и/или индикатора;
- диапазон измерений по входному сигналу;
- диапазон показаний прибора и наименование физической величины входного сигнала;
- цвет свечения цифрового индикатора;
- цветовое решение передней рамки и лицевой панели;
- цвет подсветки шкалы (для черной лицевой панели);
- вид упаковки (если она влагозащитная);
- исполнение («ОИАЭ» или «ОП»);
- толщину щита;
- тип ячейки щита (метрический или DIN);
- обозначение технических условий ТУ4389-0161-05755097-2001.

Условное обозначение заказа приборов:



Ф1762.5- АД -X- X- X- X

тип прибора:

- 1 – вольтметр до 10 В;
- 2 – вольтметр до 1 В;
- 3 – амперметр до 20 мА.

Цвет индикатора:

- 1 – красный;
- 2 – зеленый;
- 3 – желтый.

Цвет рамки:

- 1 – белый;
- 2 – серый;
- 3 – черный.

Толщина щита:

- 1 – 1 - 2,5 мм;
- 2 – 3 - 5 мм;
- 3 – 14 мм;
- 4 – 26 мм;
- 5 – 50 мм;
- 6 – по заказу.

Ф1762.6- АД -X- X- X- X

тип прибора:

- 1 – вольтметр до 10 В;
- 2 – вольтметр до 1 В;
- 3 – амперметр до 20 мА.

Цвет индикатора:

- 1 – красный;
- 2 – зеленый;
- 3 – желтый.

Цвет рамки:

- 1 – белый;
- 2 – серый;
- 3 – черный.

Толщина щита:

- 1 – 1 - 2,5 мм;
- 2 – 3 - 5 мм;
- 3 – 14 мм;
- 4 – 26 мм;
- 5 – 50 мм;
- 6 – по заказу.

Ф1762.7- АД-X-X-X-X

тип прибора:

- 1 – вольтметр до 10 В;
- 2 – вольтметр до 1 В;
- 3 – амперметр до 20 мА.

Цвет индикатора:

- 1 – красный;
- 2 – зеленый;
- 3 – желтый.

Цвет рамки:

- 1 – белый;
- 2 – серый;
- 3 – черный.

Толщина щита:

- 1 – 1 - 2,5 мм;
- 2 – 3 - 5 мм;
- 3 – 14 мм;
- 4 – 26 мм;
- 5 – 50 мм;
- 6 – по заказу.

Ф1762.8- АД-X-X-X-X-X

тип прибора:

- 1 – вольтметр до 10 В;
- 2 – вольтметр до 1 В;
- 3 – амперметр до 20 мА.

Подсветка шкалы:

- 0 – отсутствует;
- 1 – белая;
- 2 – синяя.

Цвет индикатора:

- 1 – красный;
- 2 – зеленый;
- 3 – желтый.

Цвет рамки:

- 1 – белый;
- 2 – серый;
- 3 – черный.

Толщина щита:

- 1 – 1-2 мм;
- 2 – 3 - 5 мм;
- 3 – 14 мм;
- 4 – 26 мм;
- 5 – 50 мм;
- 6 – по заказу.

Пример записи при заказе:

«Вольтметр Ф1762.7-АД-1-2-3-2, 2-10 В, шкала 0-800 кПа, индикация зеленная, рамка чёрная, панель белая, упаковка влагозащитная, исполнение «ОП», толщина щита – 5 мм, тип ячейки щита – DIN, ТУ 4389-0161-05755097-2001».

Фотографии общего вида:




Рисунок 1 – Вид амперметров и вольтметров цифровых Ф1762-АД

Оттиск поверительного клейма, при положительных результатах поверки, наносят на корпус приборов.

Программное обеспечение

Исходный код программы хранится во внутренней постоянной памяти микроконтроллера, что позволяет производить его идентификацию непосредственно в любой момент времени. Идентификационные данные программного обеспечения приборов Ф1762-АД представлены в таблице 1.

Таблица 1

Модификация прибора	Наименование ПО	Номер версии ПО	Цифровой идентификатор ПО	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
Ф1762.3-АД-1	1762_3_1_new.s19	Версия v.1	0x1F36	CRC16, полином 0x8005, начальное значение 0xFFFF
Ф1762.3-АД-2	1762_3_2_new.s19	Версия v.2	0x0363	
Ф1762.3-АД-3	1762_3_3_new.s19	Версия v.3	0xB1EA	
Ф1762.5-АД-1	1762_5_1_new.s19	Версия v.1	0x2F63	
Ф1762.5-АД-2	1762_5_2_new.s19	Версия v.2	0x079A	
Ф1762.5-АД-3	1762_5_3_new.s19	Версия v.3	0x6B5E	
Ф1762.6-АД-1	1762_6_1_new.s19	Версия v.1	0x7F73	
Ф1762.6-АД-2	1762_6_2_new.s19	Версия v.2	0x05D2	
Ф1762.6-АД-3	1762_6_3_new.s19	Версия v.3	0x86F4	
Ф1762.7-АД-1	1762_7_1_new.s19	Версия v.1	0x3DCD	
Ф1762.7-АД-2	1762_7_2_new.s19	Версия v.2	0xD5AD	
Ф1762.7-АД-3	1762_7_3_new.s19	Версия v.3	0xC8C9	
Ф1762.8-АД-1	1762_8_1_new.s19	Версия v.1	0x6632	
Ф1762.8-АД-2	1762_8_2_new.s19	Версия v.2	0x7BF1	
Ф1762.8-АД-3	1762_8_3_new.s19	Версия v.3	0x4B15	

Защита программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «А» по МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Диапазоны измерений, максимальные диапазоны показаний, пределы допускаемых основной и дополнительной приведенных погрешностей в процентах от диапазона измерений приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Группа	Модификация и исполнение по группам	Диапазон измерений входных сигналов
1	Ф1762.3-АД-1 Ф1762.5-АД-1 Ф1762.6-АД-1 Ф1762.7-АД-1 Ф1762.8-АД-1	0 – 10 В - 10 – 0 – 10 В 2 – 10 В
2	Ф1762.3-АД-2 Ф1762.5-АД-2 Ф1762.6-АД-2 Ф1762.7-АД-2 Ф1762.8-АД-2	0 – 75 мВ - 75 – 0 – 75 мВ 0 – 200 мВ - 200 – 0 – 200 мВ 0 – 1 В - 1 – 0 – 1 В
3	Ф1762.3-АД-3 Ф1762.5-АД-3 Ф1762.6-АД-3 Ф1762.7-АД-3 Ф1762.8-АД-3	0 – 5 мА - 5 – 0 – 5 мА 0 – 20 мА - 20 – 0 – 20 мА 4 – 20 мА
Примечание – Диапазоны измерений входного сигнала внутри каждой группы могут изменяться потребителем при настройке прибора		

Таблица 2

Модификация и исполнение по группам	Максимальный диапазон показаний по цифровому отсчёту	Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной приведённой погрешности, %		Пределы допускаемой дополнительной приведённой погрешности на 10 °С, %
			по цифровому отсчёту	по дискретно-аналоговому отсчёту	
Ф1762.3-АД-1 Ф1762.3-АД-2 Ф1762.5-АД-1 Ф1762.5-АД-2	от – 999 до 9999	0 – 10 В - 10 – 0 – 10 В 2 – 10 В 0 – 75 мВ - 75 – 0 – 75 мВ 0 – 200 мВ - 200 – 0 – 200 мВ	± 0,1*	–	± 0,05
Ф1762.6-АД-1 Ф1762.6-АД-2	от – 9999 до 9999	0 – 1 В - 1 – 0 – 1 В			

Ф1762.7-АД-1 Ф1762.7-АД-2	от - 999 до 9999	0 - 10 В - 10 - 0 - 10 В 2 - 10 В	± 0,1*	± 2,5	± 0,05
Ф1762.8-АД-1 Ф1762.8-АД-2		0 - 75 мВ - 75 - 0 - 75 мВ 0 - 200 мВ - 200 - 0 - 200 мВ 0 - 1 В - 1 - 0 - 1 В		± 1,5	
Ф1762.3-АД-3 Ф1762.5-АД-3	от - 999 до 9999	0 - 5 мА - 5 - 0 - 5 мА 0 - 20 мА - 20 - 0 - 20 мА 4 - 20 мА	± 0,2*	-	± 0,1
Ф1762.6-АД-3	от - 9999 до 9999				
Ф1762.7-АД-3	от - 999 до 9999			± 2,5	
Ф1762.8-АД-3				± 1,5	
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением влажности от нормальной до 98 % при температуре 35 °С в течение 6 ч, равны пределам допускаемой основной приведённой погрешности по цифровому отсчету					
Примечание - «*» - При иных диапазонах показаний пределы допускаемой основной приведенной погрешности по цифровому отсчету в процентах определяются по формулам:					
± (0,05 + α _М) - для приборов Ф1762.3-АД-1, Ф1762.3-АД-2, Ф1762.5-АД-1, Ф1762.5-АД-2, Ф1762.6-АД-1, Ф1762.6-АД-2, Ф1762.7-АД-1, Ф1762.7-АД-2, Ф1762.8-АД-1, Ф1762.8-АД-2;					
± (0,1 + α _М) - для приборов Ф1762.3-АД-3, Ф1762.5-АД-3, Ф1762.6-АД-3, Ф1762.7-АД-3, Ф1762.8-АД-3.					
где α _М - дополнительная погрешность масштабирования, определяемая по формуле:					
$\alpha = \frac{1,2q}{N_K - N_H} \cdot 100 \%,$					
где q - значение младшего разряда;					
N _К - конечное значение диапазона показаний прибора;					
N _Н - начальное значение диапазона показаний прибора.					
Напряжение питания постоянного тока, В:				24 ± 4	
Мощность, потребляемая приборами, Вт, не более:					
- Ф1762.3-АД				3	
- Ф1762.5-АД				3	
- Ф1762.6-АД				3	
- Ф1762.7-АД				3	
- Ф1762.8-АД				6	
Габаритные размеры, мм, не более:					
- Ф1762.3-АД				50 × 25 × 93	
- Ф1762.5-АД				100 × 50 × 129	
- Ф1762.6-АД				100 × 50 × 129	
- Ф1762.7-АД				50 × 100 × 129	
- Ф1762.8-АД				100 × 100 × 83	

Масса, кг, не более:	
– Ф1762.3-АД	0.2
– Ф1762.5-АД	0.4
– Ф1762.6-АД	0.4
– Ф1762.7-АД	0.4
– Ф1762.8-АД	0.6
Средняя наработка на отказ, ч:	150000
Средний срок службы, лет:	10
Приборы являются стойкими к воздействию следующих внешних механических факторов:	
– синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 0.5 до 100 Гц с амплитудой ускорения 80 м/с ² ;	
– удары многократного действия с амплитудой ускорения 140 м/с ² при длительности импульса ускорения в интервале от 2 до 20 мс	
Приборы являются стойкими к воздействию землетрясения с интенсивностью 8 баллов при уровне установки над нулевой отметкой не более 25 м или при землетрясении в 7 баллов при уровне установки над нулевой отметкой не более 40 м в соответствии с требованиями ГОСТ 17516.1-90	
Приборы по устойчивости к помехам (по электромагнитной совместимости) удовлетворяют требованиям в соответствии с IV группой исполнения по ГОСТ Р 50746-2000; критерий качества функционирования А.	
Уровень промышленных радиопомех, создаваемых приборами не превышает значений, установленных для оборудования класса Б по ГОСТ Р 51318.22-2006.	
Рабочие условия эксплуатации:	
– температура окружающего воздуха, °С	от - 10 до + 50, плюс 55°С периодически в течение 6 ч;
– относительная влажность при температуре 35 °С, %, не более	98 – периодически в течение 6 ч;
– атмосферное давление, кПа	от 84 до 106.7

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на табличку прибора методом пьезоструйной печати, на титульный лист руководства по эксплуатации и паспорт - типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входят:

– прибор и/или индикатор (в зависимости от заказа)	1 шт.
– для Ф1762.5-АД, Ф1762.6-АД, Ф1762.7-АД винт М4×8	2 шт.
– для Ф1762.8-АД винт М4×8	3 шт.
– для Ф1762.3-АД:	
винт М4×8 для щита 5 мм	2 шт.
винт М4×10 для щита 1.5-2 мм, 3 мм, 4 мм, 14 мм, 26 мм, 50 мм	2 шт.
– шайба 465 Г (для всех, кроме Ф1762.8-АД)	2 шт.
– шайба 465 Г (для Ф1762.8-АД)	4 шт.
– розетка «Wago 733-102» (для приборов Ф1762.3-АД)	1 шт.
– скоба	2 шт.*
– руководство по эксплуатации (РЭ)	1 экз.
– CD-диск с программой настройки приборов	1 шт.
– паспорт	1 экз.
– план качества	1 экз.**

Примечания

1 «*» – Номер скобы указан в таблице 3.

Таблица 3

Прибор	Толщина щита, мм	№ скобы
Ф1762.3-АД	1,5 – 2	8ПА.141.357-05
	3 – 5	8ПА.141.357-04
	14	8ПА.141.357-07
	26	8ПА.141.357-10
	50	8ПА.141.357-02
Ф1762.5-АД, Ф1762.6-АД, Ф1762.7-АД	1 – 2,5	8ПА.141.402-02
	3 – 5	8ПА.141.402
	14	8ПА.141.396-01
	26	8ПА.141.396-03
	50	8ПА.141.396
Ф1762.8-АД	1 – 2	8ПА.141.431
	3 – 5	8ПА.141.400
	14	8ПА.141.400-01
	50	8ПА.141.395

2 «**» – При поставке приборов на ОИАЭ по 2 и 3 классу безопасности по одному экземпляру плана качества на партию приборов, при поставке приборов по 4 классу безопасности – наличие плана качества в соответствии с условиями договора на поставку.

Поверка

осуществляется по документам: ЗПА.399.149 РЭ «Амперметры и вольтметры цифровые Ф1762.3-АД, Ф1762.5-АД и Ф1760.6-АД. Руководство по эксплуатации», раздел 6 «Методика поверки»; ЗПА.399.133 РЭ «Амперметры и вольтметры цифровые Ф1762.7-АД. Руководство по эксплуатации», раздел 6 «Методика поверки»; ЗПА.399.158 РЭ «Амперметры и вольтметры цифровые Ф1762.8-АД. Руководство по эксплуатации», раздел 6 «Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в апреле 2013 г.

Основные средства поверки: калибратор программируемый П320, диапазоны измерений от $1 \cdot 10^{-5}$ до $1 \cdot 10^3$ В, от $1 \cdot 10^{-6}$ до $1 \cdot 10^2$ мА, погрешность $\pm 0,01$ %.

Сведения о методиках (методах) измерений

изложены в документах в ЗПА.399.149 РЭ «Амперметры и вольтметры цифровые Ф1762.3-АД, Ф1762.5-АД и Ф1760.6-АД. Руководство по эксплуатации»; ЗПА.399.133 РЭ «Амперметры и вольтметры цифровые Ф1762.7-АД. Руководство по эксплуатации»; ЗПА.399.158 РЭ «Амперметры и вольтметры цифровые Ф1762.8-АД. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к амперметрам и вольтметрам цифровым Ф1762-АД

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

ГОСТ 8.022-91 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от $1 \cdot 10^{-16}$ до 30 А».

ГОСТ 8.027-2001 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы».

ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения безопасности атомных станций».

СТО 1.1.1.07.001.0675 – 2008 «Атомные станции. Аппаратура, приборы, средства систем

контроля и управления. Общие технические требования».

ТУ 4389-0161-05755097-2001 «Амперметры и вольтметры цифровые Ф1762-АД. Технические условия».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

осуществление деятельности в области использования атомной энергии.

Изготовитель

ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»

Адрес: 194292, Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер., д.5 лит. А,

Тел. (812) 517-99-10, факс.(812) 517-99-55, e-mail: kildiyarov@vibrator.spb.ru

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19

тел./факс 251-76-01/113-01-14, e-mail: info@vniim.ru

Заместитель руководителя
Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии



Ф.В. Булыгин

М.п.



"21" 05 2013 г.

